

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ
ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Найменування замовника: КНП «Лановецька міська лікарня».

Найменування предмета код ДК 021-2015: 38430000-8: Детектори та аналізатори — Аналізатор ШОЕ (Відкрита система) Код НК 031:2024:W0202010101

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями

1. Обґрунтування необхідності закупівлі

Заклад охорони здоров'я КНП «Лановецька міська лікарня» здійснює діяльність відповідно до статті 16 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я» та статей 25, 26 Закону України «Про публічні закупівлі». Для забезпечення надання якісної діагностичної допомоги пацієнтам та відповідно до потреб медичної практики виникла необхідність у придбанні Аналізатора ШОЕ.

На даний час у закладі охорони здоров'я відсутній аналізатор, що забезпечує виконання низки важливих лабораторних досліджень. Наявна ситуація призводить до затримок у встановленні діагнозу, потреби направляти біоматеріал до сторонніх лабораторій та збільшення часу очікування результатів пацієнтами. Закупівля нового аналізатора дозволить:

Підвищити якість та швидкість діагностики. Скоротити час отримання лабораторних результатів у 2–4 рази. Забезпечити можливість виконання високоточних досліджень безпосередньо у лікарні. Підвищити точність аналізів завдяки сучасним технологіям та мінімізації людського фактору. Придбання аналізатора є необхідним для підвищення якості медичної допомоги, оптимізації витрат та забезпечення відповідності закладу сучасним стандартам лабораторної діагностики. Це інвестиція, що покращить ефективність роботи лікарні та рівень обслуговування пацієнтів.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі розрахована на підставі:

- цінових пропозицій від трьох потенційних постачальників, отриманих на початку грудня 2025 року;
- аналізу ринкових цін на офіційних сайтах постачальників медичного обладнання;

— попередніх закупівель аналогічного обладнання у системі Prozorro за період січень- листопад 2025 року.

Середня ринкова ціна становить орієнтовно 350 000,00 грн з ПДВ, що і взято до розрахунку очікуваної вартості, в тому числі із ринкової вартості визначених на сайті прозорро.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні характеристики визначені з урахуванням:

1. Продуктивність аналізатора
2. Автоматизація та мінімізація ручного втручання
3. Діапазон вимірювань та панель доступних тестів
4. Якість вимірювань, точність та відтворюваність
5. Наявність системи контролю якості
6. Доступність та безпечність реагентів
7. Інтерфейси та сумісність з ЛІС
8. Ергономіка та безпека експлуатації
9. Гарантійне та сервісне обслуговування

Строк поставки – до кінця грудня 2025 р.